



Č. j.: SVS/2025/091494

Vysvětlení zadávací dokumentace na dotaz č. 1 ze dne 19.6. 2025

Státní veterinární správa jako zadavatel veřejné zakázky zadávané v nadlimitní režimu v otevřeném zadávacím řízení dle § 56 a násl. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) „Dodávka teploměrů a sond“ obdržel ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (profilu zadavatele Státní veterinární správy - dále jen „profil zadavatele“) žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Na základě výše uvedené skutečnosti a v souladu s bodem 8.2 zadávací dokumentace uveřejněné dne 10.6.2025 poskytuje zadavatel vysvětlení k zadávací dokumentaci v níže uvedeném znění, a to stejným způsobem, jakým Zadavatel uveřejnil zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele <https://zakazky.svscr.cz/>.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

ve specifikaci sond je u položky č. 4 Sonda NTC ponorná/vpichovací uvedena min.délka kabelu 1.6 m. Námi dodávaná sonda má standardní délku kabelu 1.5 m. a s touto byla provedena typová zkouška pro stanovené měřidlo. Je možné tuto hodnotu ve výběrovém řízení upravit?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Zadavatel **mění** v Příloze č. 1 Technické specifikace včetně cenové nabídky hodnotu u pořadového čísla č. 4 s názvem zboží **Sonda NTC ponorná/vpichovací** specifikaci pevný rovný kabel min. délky 1,6 m **na pevný rovný kabel min. délky 1,2 m.**

Zadavatel vymění Přílohu č. 1 Technické specifikace včetně cenové nabídky s výše popsanou změnou a upravenou specifikací. Původní Příloha č. 1 Technické specifikace včetně cenové nabídky bude zřetelně označena s její neplatností, tak aby dodavatelé nevyplnili původní Přílohu č. 1 uveřejněnou se zahájením zadávacího řízení.

Zadavatel v souladu se změnou zadávací dokumentace v Příloze č. 1 přiměřeně ke změně současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek:

Původní lhůta 14.7. 2025 nová lhůta končí dne 25. 7. 2025. v 13:00 hod.

V dne Praze dne dle elektronického podpisu

S pozdravem

MVDr. Jan Váňa
ředitel odboru veterinární hygieny
a ochrany veřejného zdraví